

Bygningsmateriale til analyse (fugemateriale, isolering, maling, tagplader, beton m.m.) pakkes i stanniol, evt. i plastpose. Laboratoriet kan udtage delprøver fra samme prøve til flere analyser.

Nedenstående nødvendig prøvemængde er svarende til behovet ved én analyse gennemførelse. Ved behov for re-analyse kan det være nødvendigt med yderligere prøvemateriale.

Bemærk, laboratoriet udtager repræsentativt fra hele den indleverede prøve, og ikke kun fra eks. overfladen eller lignende separat fraktion af prøven.

	Akkreditering	Detektionsgrænse	Nødvendig prøvemængde
PCB			
Enkeltkomponenter, 7 stk.	Ja	0,01 mg/kg*	1 gram
Sum 7 stk.	Ja	-	
PCB Total	Ja	-	
Asbest			
Påvisning	Ja	Påvist / Ikke påvist	0,2 gram
Asbest typebestemmelse	Ja	Asbesttype påvist	
Metaller			
Bly	Ja	2,0 mg/kg	1 gram
Cadmium	Ja	0,04 mg/kg	
Chrom	Ja	2,0 mg/kg	
Kobber	Ja	2,0 mg/kg	
Nikkel	Ja	1,0 mg/kg	
Zink	Ja	6,0 mg/kg	
Arsen	Ja	1,0 mg/kg	
Kviksølv	Ja	0,030 mg/kg	
Barium	Ja	2,0 mg/kg	
Cobolt	Ja	1,0 mg/kg	
Jern	Ja	2,0 mg/kg	
Mangan	Ja	2,0 mg/kg	
Molybdæn	Ja	0,4 mg/kg	
Tallium	Ja	0,2 mg/kg	
Vanadium	Ja	2,0 mg/kg	
Chlorparaffiner			
Kort kædet (SCCP)	Nej	0,05 %	0,5 gram
Medium kædet (MCCP)	Nej	0,05 %	
Lang kædet (LCCP)	Nej	0,5 %	
Phtalater			
Enkeltkomponenter, 7 stk.	Nej	0,5-1,0 mg/kg	1 gram

*Ved betonprøver, og samtidig 10 gram materiale, kan en detektionsgrænse på 0,003 mg/kg tilbydes.

Bestilling af emballage kan ske på e-mail: logistik@hmlab.dk

Bestilling af afhentning kan ske via vores hjemmeside www.hmlab.dk

